



Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima  
(FINAS akkreditointi T 106, EN ISO/IEC 17025)

Asiakirjan osittainen kopioiminen kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä.

#### Tilaaja:

Isonkyrön kunta  
Tekninen toimisto  
Pohjankyröntie 136  
61500 ISOKYRÖ



**Näyte:** Uimarantavesi EU  
**Näyttenumero:** 2025-10542-001  
**Näytteenottopvm:** 15.07.2025 **klo:** 09:05  
**Näytteenottopaikka:** Kalliojärven uimaranta, Isokyrö  
**Näytteenottaja:** Terveystensuojelutarkastaja Jarno Perttula  
**Tutkimuksen syy:** Valvonta  
**Lisätiedot:** Veden lämpötila 23,7 °C, sääolosuhteet: 22,5 °C

**Tilausnumero:** -  
**Saapumispvm:** 15.07.2025 **klo:** 11:00  
**Tutk.aloittamispvm:** 15.07.2025  
**VKP:**

| Tutkimus                          | Tulos | Max. | Yksikkö      | Menetelmä            | Epäv. (%) |
|-----------------------------------|-------|------|--------------|----------------------|-----------|
| Varmistetut Enterokokit 36°C 44 h | 7     | 400  | pmy/100 ml * | SFS-EN ISO 7899-2:00 |           |
| Escherichia coli                  | 10    | 1000 | mpn/100 ml * | ISO 9308-2:2014      |           |

Pätevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

\*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

#### Lausunto

Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset  
(STM as 177/2008).

Leena Ahvenainen, laboratorioinsinööri

#### Tiedoksi

Seinäjoen alueen ymp.terv.huol tulokset sähköpostilla

Terveystensuojelutarkastaja Jarno Perttula jarno.a.perttula@seinajoki.fi